



MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
HUNGARIAN TRADE LICENSING OFFICE

Metrológiai Hatóság
Metrological Authority

BUDAPEST XII, NÉMETVÖLGYI ÚT 37-39.
H-1535 Budapest, Pf. 919
Telefon: (36)-1-458-5831
Telefax: (36)-1-458-5927

EU bejelentett testület

Notified body

Azonosítási szám: 1422

Identification number.

Ügyiratszám: MKEH-MH/03355/2016/MT

File number

Engedély szám: Th-8793/02/2016

Approval number

ÉRTÉKELÉSI TANÚSÍTVÁNY

Evaluation Certificate (EC)

A 2014/31/EU irányelvet honosító 19/2016. (VI.17.) NGM rendelet alapján a következő tanúsítványt adtuk ki. A tanúsítvány megfelel a WELMEC 8.8-2011 útmutató rendelkezéseinek. Az alkalmazott hibahányad az MSZ-EN 45501:2015 honosított harmonizált szabvány szerint az analóg bemenetek esetén (WB kiépítés) $p_1 = 0,5$, digitális bemenetek esetén (RS, RW, CN, CW kivitel) $p_1 = 0$

In accordance with the requirement of the 19/2016. (VI.24.) NGM decree of the Minister of Economy implementing the Council Directive 2014/31/EU of the non-automatic weighing instruments, this certificate has been issued. This certificate meets the requirements of the WELMEC 8.8-2011 guide. The applied error fraction meant of the European standard EN 45501:2015 is $p_1=0.5$ for analogue input and $p_1=0$ for digital input.

Kérelmező:

Issued to:

ARDIN KFT

H-2089 Telki,

Muskátli u.20.

Magyarország / Hungary

Megnevezés:

In respect of:

Nem-automatikus működésű mérleg kijelző egysége.

Indicator of non-automatic weighing instruments.

Típus / Type: **AR-D8203**

Alkalmazott előírások

In accordance with

MSZ-EN 45501:2015

WELMEC 8.8, WELMEC 7.2

Oldalak száma:

Number of pages:

15

A kijelző/terminál nem-automatikus és automatikus mérlegekhez alkalmazható. Az azonosításhoz szükséges információkat (fő adatok, funkciók, lezárás, stb.) ezen tanúsítvány és annak részét képező melléklet tartalmazza. A WELMEC 8.8 útmutató szerint ez a tanúsítvány nem tekinthető 2014/31/EU irányelv szerinti típusvizsgálati dokumentumnak. Ezen tanúsítvány kizárólagos kedvezményezettje a kérelmező, aki felhatalmazhat más gyártót, annak típusvizsgálati tanúsítványában történő felhasználására.

The indicator/terminal can be used in non-automatic and automatic weighing instruments. The necessary data (principal characteristics, functions, securing, etc.) for identification are set out in this certificate and in the descriptive annex, which forms an integral part of this certificate. According the WELMEC 8.8 Guide this certificate does not represent a type examination document as provided for in Directive 2014/31/EU. The evaluation certificate is the exclusive property of the applicant company that can authorise its use on the part of other manufacturers of EC type examination certificate.

Budapest, 2016. november 28.



Köszegi József igazgató
aláírás / signature

Gál Péter